

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN CHILLER PER CAMERA CLIMATICA ANGELANTONI TIPO DM 340 E CS.

Con il presente avviso il Gran Sasso Science Institute (di seguito GSSI) chiede agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di seguito esplicitati, la manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 36/2023.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare.

L'Ente si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indicazione della successiva indagine di mercato per l'affidamento della fornitura.

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito-web "amministrazione trasparente" del GSSI.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un Chiller per camera climatica Angelantoni tipo DM 340 E CS.

Il Chiller descritto è progettato per garantire il controllo termico ottimale di una camera climatica Angelantoni di tipo DM 340 E CS, fornendo un raffreddamento affidabile e preciso per applicazioni di test ambientale e simulazioni climatiche. L'unità è compatibile con le specifiche delle camere Angelantoni e soddisfa i requisiti di performance termica richiesti:

- Capacità di erogazione di flussi di acqua fino a 40 litri/minuto, con temperatura nel range (12 – 29 C, gradi centigradi)
- Utilizzo di refrigeranti ecologici.
- Controllo elettronico PID per la regolazione precisa della temperatura.
- Interfaccia compatibile con il sistema di gestione della camera Angelantoni.
- Serbatoio di accumulo isolato termicamente per minimizzare le fluttuazioni di temperatura.
- Scambiatori di calore in acciaio inox per resistenza alla corrosione e durata nel tempo.
- Telaio in acciaio con rivestimento verniciato a polvere, resistente a condizioni di laboratorio e ambienti industriali.
- Dimensioni compatte per un'integrazione semplice con le camere Angelantoni.
- Protezione contro il surriscaldamento e il congelamento del circuito idraulico.
- Sensori di pressione e flusso per monitoraggio continuo.
- Allarmi visivi e acustici integrati con opzioni di telemetria.
- Protocollo per l'integrazione con il sistema Angelantoni.

2. VALORE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 20.000,00 oltre IVA.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di ordine generale

Assenza delle cause ostative di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, di cui all'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e assenza di condizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Possesso delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli operatori economici dovranno far pervenire all' indirizzo pec: protocollo@pec.gssi.it alla c.a. del Dott. Mario Picasso, Responsabile Unico del Progetto della procedura di cui all'avviso medesimo, entro le ore 23:59 del giorno 12 dicembre 2024, la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato (allegato A) sottoscritto da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

L'Aquila, (data della firma digitale)

Il Direttore Generale
Dott. Mario Picasso